

## 大崎市民病院医療事故の公表について（包括的公表）

平成27年10月 1日～平成28年 3月31日に発生した医療事故は次のとおりです。

レベル3 bまたは4 aに該当する件数

3 b	濃厚な処置や治療を要した（バイタルサインの高度変化，入院日数の延期，外来患者に入院，手術，骨折）	4 件
4 a	永続的な障害や後遺症が残ったが，有意な機能障害や美容上の問題を伴わない	0 件

このうち，他の医療機関の事故防止につながると考える事例を，下記のとおり掲載します。

No.	概 要	原 因	改善・対応策
1	ペースメーカー外来受診時の点検後に設定が自動復旧せず，その後電解質異常を認め入院となった。	対象患者の機種は13年前の製品であったため，自動復旧しなかったことから設定漏れが発生した。	当該対象機種の使用患者リストを作成し，電子カルテの伝言板機能へ掲載することで全職員が情報共有できる体制を整備した。