

大崎市民病院医療事故の公表について（包括的公表）

令和2年 4月 1日～令和2年 9月30日に発生した医療事故は次のとおりです。

レベル3 b または 4 a に該当する件数

3 b	濃厚な処置や治療を要した（バイタルサインの高度変化，入院日数の延期，外来患者に入院，手術，骨折）	9 件
4 a	永続的な障害や後遺症が残ったが，有意な機能障害や美容上の問題を伴わない	0 件

このうち，他の医療機関の事故防止につながると考える事例を，下記のとおり掲載します。

No.	概要	原因	改善・対応策
1	転倒後に肋骨骨折を発症した。	離床センサー「起き上がり」設定で使用していたが、ベッド上で足側に頭を向けて臥床されていたため起き上がり時にアラームが鳴らなかった。	離床センサー使用時の注意点として共有する。