

注 文 書

- 1 契 約 番 号 2025000295
- 2 件 名 動画記録システム（血管造影室）更新
- 3 納 入 場 所 宮城県大崎市古川穂波三丁目 8 番 1 号
- 4 納 入 期 限 令和 8年 3月24日
- 5 別 添 書 類
 - （1）仕様書
 - （2）参考明細書
- 6 担 当 課 臨床支援センター臨床支援室

仕様書

- 1 件 名 動画記録システム（血管造影室）更新
- 2 納入場所 大崎市民病院（宮城県大崎市古川穂波三丁目8番1号）
- 3 納入期限 令和8年3月24日

4 調達対象物品

動画記録システム「メディカルビデオレコーダー」TEAC株式会社 製

5 品名及び数量

調達品名	数量
メディカルビデオレコーダー（UR-NEXT4K）	2台
ライブストリーミングエンコーダ（MS-SC6D0N1AIO-Y5）	2台
フレームシンクロナイザー（CRO-RS11）	2台
導入設置費	一式
その他備品	一式

6 機能要件

別紙機能要件書のとおり

7 支払い及び請求方法について

導入構築費用については、発注者から検査合格通知書を受領後、速やかに請求すること。

支払いについては、適法な支払請求を受けた日から30日以内とする。また、受注者からの請求に基づき指定された口座に支払うものとする。

8 暴力団等の排除について

- （1） この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団等排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
- （2） 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
- （3） この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を

行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。

なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

9 その他

- (1) 受注者は、納入完了までの導入スケジュールを、発注者と協議の上決定すること。
- (2) 発注者の執務、既存の建物及び設置物に損害を与えないように業務を実施すること。
- (3) 業務実施に関して疑問が生じた場合は、速やかに発注者と協議すること。
- (4) 作業完了後は、作業完了報告書を発注者に提出し、発注者側の承認を得ること。
- (5) 調達品に契約不適合があった場合は、発注者との協議により対応すること。
- (6) 本仕様書に内項目については、双方協議の上決定すること。

【機能要件】

項番	要求仕様	
1.1	動画記録システムは以下の要件を満たすこと。	
	1	記録装置本体前面に7インチ以上のタッチパネルディスプレイを内蔵し、外部モニタを介さなくても入力された映像の確認・設定ができること。
	2	外部機器(タッチパネル端末など)を使用せず記録装置本体で録画開始、ポーズ、停止、終了などの操作ができること。また、外部機器を接続した際にも、外部機器上で同様の操作が可能であること。
	3	記録装置本体に内蔵HDD（2TB以上）を搭載していること。
	4	4K映像2つを同時入力・記録が可能であり、最大記録フレームが60fpsであること。
	5	ファイル形式は、動画はMP4、TSのいずれかであり、静止画はJPEG、PNG及びTIFFのいずれかで保存できることとし、PCでの再生において特別なソフトウェアを必要としないこと。
	6	ネットワーク不通時でも記録ができ、ネットワーク回線復旧後には記録データが自動的に転送されること。
	7	バーコードリーダーやキーボード等を使用して患者情報の入力が可能であること。
	8	事前に患者情報を入力しなくても録画開始ができ、記録終了後患者情報の編集が可能であること。
	9	動画記録装置の内蔵HDDについて、古いデータから自動削除を行う事で空き容量を確保し、常に記録可能状態を維持する機能を有すること。
	10	入力が2つの際に、入力された2つの映像を「ピクチャー・イン・ピクチャー」もしくは「ピクチャー・バイ・ピクチャー」の1つの動画として記録ができること。
	11	記録装置本体が突起部を除きW239mm×D245mm×H139mm以下の寸法であること。
	12	当院放射線科で稼働している、映像管理システムに自動的に転送され受信することができること。 なお当院放射線科ではティアック社のSURGEONEv2を使用している。
	13	当院放射線科の映像管理システムで記録装置からの出力映像をライブ配信するための装置を記録装置内に内蔵もしくは外付けで付属すること。

動画記録システム（血管造影室）更新 参考明細書

1 ソフトウェア・構築費用

(単位：円)

No	項 目 名	数量	単位	単価（税抜）	計（税抜）	備考
	動画記録システム					
1	メディカルビデオレコーダー	2	台			
2	ライブストリーミングエンコーダ	2	台			
3	フレームシンクロナイザー	2	台			
4	導入設置費	一	式			
5	その他備品	一	式			
小計						

積算額（税抜）	A 小計		再掲
積算額に係る消費税	B A×適用税率		適用税率 10%
積算額（税込）	A+B		