

適用開始日：2019/05/01

管理番号：Q18D01-D02-D00-01(3.0版)

製番:1835-2306001

保守点検票 TYPE:Kx

ユニット名		Alinity(CC)_Connection_Unit	ユニットNo.		XV37	号機	2
種別	No.	点検項目	点検内容	確認	措置内容	結果	備考
外観・機能	1	外装部	・外装部に破損、変形は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	2	スパイラルコンベア	・コンベアプレートの変形、傷は無いか。 ・隣接ユニットとの段差は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	3	コンベアモーター	・スパイラル軸を手で回し、極端に負荷が掛かっていないか。 ・駆動ギアの削れ、破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	4	ストッパー	・フォークの変形、破損、は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	5	ディバイダー	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	6	ユニット間ホルダー送り	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	7	センサー	・センサー 及び センサーケーブル の破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	8	バーコードリーダー	・読取り面の汚れ、傷は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	9	機内配線	・基盤に埃、血清などが堆積していないか。 ・配線の抜けかけ、断線箇所はないか。 ・配管、配線が可動部と接触していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	10	PLC バッテリー＝	・CPUユニットで、ERRORランプが点灯していないか。 （前回交換日： 年 月 日）	OK ・ NG		OK ・ NG	
	11	可動部ネジ緩み	・ネジが緩んでないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
総合	12	バーコードの読取り動作チェック	・正しくバーコードを読み取れているか。 ・ホルダーが正常に回転しているか。 ・読み取り後、ホルダーがスムーズに抜けるか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	13	サンプリング位置のチェック	・検体、ノズルの中心が合っているか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	14	異音のチェック		OK ・ NG		OK ・ NG	
	15	血清の飛沫チェック		OK ・ NG		OK ・ NG	
	16	検体の浮き上がりチェック		OK ・ NG		OK ・ NG	
	17	総合動作チェック	・総合テスト時に、エラーが発生しないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
交換部品							

適用開始日：2019/05/01

管理番号：Q18D01-D02-D00-01(3.0版)

製番:1835-2306001

保守点検票 TYPE:Px

ユニット名		U300 (2-2) LF-X1	ユニットNo.		XU26	号機	1
種別	No.	点検項目	点検内容	確認	措置内容	結果	備考
外 観 ・ 機 能	1	外装部	・ 外装部に破損、変形は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	2	スパイラルコンベア	・ コンベアプレートの変形、傷は無いか。 ・ 隣接ユニットとの段差は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	3	コンベアモーター	・ スパイラル軸を手で回し、極端に負荷が掛かっていないか。 ・ 駆動ギアの削れ、破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	4	ストッパー	・ フォークの変形、破損、は発生していないか。 ・ 動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	5	ディバイダー	・ 変形、破損は発生していないか。 ・ 動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	6	ユニット間ホルダー送り	・ 変形、破損は発生していないか。 ・ 動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	7	センサー	・ センサー 及び センサーケーブル の破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	8	バーコードリーダー	・ 読取り面の汚れ、傷は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	9	機内配線	・ 基盤に埃、血清などが堆積していないか。 ・ 配線の抜けかけ、断線箇所はないか。 ・ 配管、配線が可動部と接触していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	10	PLC バッテリー	・ CPUユニットで、ERRORランプが点灯していないか。 (前回交換日： 年 月 日)	OK ・ NG		OK ・ NG	
	11	可動部ネジ緩み	・ ネジが緩んでないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
総 合	12	異音のチェック		OK ・ NG		OK ・ NG	
	13	総合動作チェック	・ 総合テスト時に、エラーが発生しないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
交 換 部 品							

適用開始日：2019/05/01

管理番号：Q18D01-D02-D00-01(3.0版)

製番:1835-2306001

保守点検票 TYPE:Px

ユニット名		I1200 (3-3)LF-X1		ユニットNo.		XJ24	号機	-
種別	No.	点検項目	点検内容	確認	措置内容	結果	備考	
外 観 ・ 機 能	1	外装部	・外装部に破損、変形は無いか。	OK ▢ NG		OK ▢ NG		
	2	スパイラルコンベア	・コンベアプレートの変形、傷は無いか。 ・隣接ユニットとの段差は無いか。	OK ▢ NG		OK ▢ NG		
	3	コンベアモーター	・スパイラル軸を手で回し、極端に負荷が掛かっていないか。 ・駆動ギアの削れ、破損は無いか。	OK ▢ NG		OK ▢ NG		
	4	ストッパー	・フォークの変形、破損、は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ▢ NG		OK ▢ NG		
	5	ディバイダー	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ▢ NG		OK ▢ NG		
	6	ユニット間ホルダー送り	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ▢ NG		OK ▢ NG		
	7	センサー	・センサー 及び センサーケーブル の破損は無いか。	OK ▢ NG		OK ▢ NG		
	8	バーコードリーダー	・読取り面の汚れ、傷は無いか。	OK ▢ NG		OK ▢ NG		
	9	機内配線	・基盤に埃、血清などが堆積していないか。 ・配線の抜けかけ、断線箇所はないか。 ・配管、配線が可動部と接触していないか。	OK ▢ NG		OK ▢ NG		
	10	PLC バッテリー	・CPUユニットで、ERRORランプが点灯していないか。 (前回交換日： 年 月 日)	OK ▢ NG		OK ▢ NG		
	11	可動部ネジ緩み	・ネジが緩んでないか。	OK ▢ NG		OK ▢ NG		
総 合	12	異音のチェック		OK ▢ NG		OK ▢ NG		
	13	総合動作チェック	・総合テスト時に、エラーが発生しないか。	OK ▢ NG		OK ▢ NG		
交 換 部 品								

適用開始日：2019/05/01

管理番号：Q18D01-D02-D00-01(3.0版)

製番:1835-2306001

保守点検票 TYPE:Px

ユニット名		T1200 (5-5) 600 (2-2) LFB-緊急レーン付-X1	ユニットNo.		XT29	号機	2
種別	No.	点検項目	点検内容	確認	措置内容	結果	備考
外 観 ・ 機 能	1	外装部	・外装部に破損、変形は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	2	スパイラルコンベア	・コンベアプレートの変形、傷は無いか。 ・隣接ユニットとの段差は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	3	コンベアモーター	・スパイラル軸を手で回し、極端に負荷が掛かっていないか。 ・駆動ギアの削れ、破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	4	ストッパー	・フォークの変形、破損、は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	5	ディバイダー	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	6	ユニット間ホルダー送り	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	7	センサー	・センサー 及び センサーケーブル の破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	8	バーコードリーダー	・読取り面の汚れ、傷は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	9	機内配線	・基盤に埃、血清などが堆積していないか。 ・配線の抜けかけ、断線箇所はないか。 ・配管、配線が可動部と接触していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	10	PLC バッテリー	・CPUユニットで、ERRORランプが点灯していないか。 ←前回交換日： 年 月 日→	OK ・ NG		OK ・ NG	
	11	可動部ネジ緩み	・ネジが緩んでないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
総 合	12	異音のチェック		OK ・ NG		OK ・ NG	
	13	総合動作チェック	・総合テスト時に、エラーが発生しないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
交 換 部 品							

適用開始日：2019/05/01

管理番号：Q18D01-D02-D00-01(3.0版)

製番:1835-2306001

保守点検票 TYPE:Kx

ユニット名		Alinity(CC)_Connection_Unit	ユニットNo.		XV37	号機	3
種別	No.	点検項目	点検内容	確認	措置内容	結果	備考
外観・機能	1	外装部	・外装部に破損、変形は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	2	スパイラルコンベア	・コンベアプレートの変形、傷は無いか。 ・隣接ユニットとの段差は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	3	コンベアモーター	・スパイラル軸を手で回し、極端に負荷が掛かっていないか。 ・駆動ギアの削れ、破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	4	ストッパー	・フォークの変形、破損、は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	5	ディバイダー	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	6	ユニット間ホルダー送り	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	7	センサー	・センサー 及び センサーケーブル の破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	8	バーコードリーダー	・読取り面の汚れ、傷は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	9	機内配線	・基盤に埃、血清などが堆積していないか。 ・配線の抜けかけ、断線箇所はないか。 ・配管、配線が可動部と接触していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	10	PLC バッテリー＝	・CPUユニットで、ERRORランプが点灯していないか。 （前回交換日： 年 月 日）	OK ・ NG		OK ・ NG	
	11	可動部ネジ緩み	・ネジが緩んでないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
総合	12	バーコードの読取り動作チェック	・正しくバーコードを読み取れているか。 ・ホルダーが正常に回転しているか。 ・読み取り後、ホルダーがスムーズに抜けるか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	13	サンプリング位置のチェック	・検体、ノズルの中心が合っているか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	14	異音のチェック		OK ・ NG		OK ・ NG	
	15	血清の飛沫チェック		OK ・ NG		OK ・ NG	
	16	検体の浮き上がりチェック		OK ・ NG		OK ・ NG	
	17	総合動作チェック	・総合テスト時に、エラーが発生しないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
交換部品							

適用開始日：2019/05/01

管理番号：Q18D01-D02-D00-01(3.0版)

製番:1835-2306001

保守点検票 TYPE:Kx

ユニット名		Alinity(IA)_Connection_Unit	ユニットNo.		XV38	号機	2
種別	No.	点検項目	点検内容	確認	措置内容	結果	備考
外観・機能	1	外装部	・外装部に破損、変形は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	2	スパイラルコンベア	・コンベアプレートの変形、傷は無いか。 ・隣接ユニットとの段差は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	3	コンベアモーター	・スパイラル軸を手で回し、極端に負荷が掛かっていないか。 ・駆動ギアの削れ、破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	4	ストッパー	・フォークの変形、破損、は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	5	ディバイダー	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	6	ユニット間ホルダー送り	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	7	センサー	・センサー 及び センサーケーブル の破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	8	バーコードリーダー	・読取り面の汚れ、傷は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	9	機内配線	・基盤に埃、血清などが堆積していないか。 ・配線の抜けかけ、断線箇所はないか。 ・配管、配線が可動部と接触していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	10	PLC バッテリー＝	・CPUユニットで、ERRORランプが点灯していないか。 （前回交換日： 年 月 日）	OK ・ NG		OK ・ NG	
	11	可動部ネジ緩み	・ネジが緩んでないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
総合	12	バーコードの読取り動作チェック	・正しくバーコードを読み取れているか。 ・ホルダーが正常に回転しているか。 ・読み取り後、ホルダーがスムーズに抜けるか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	13	サンプリング位置のチェック	・検体、ノズルの中心が合っているか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	14	異音のチェック		OK ・ NG		OK ・ NG	
	15	血清の飛沫チェック		OK ・ NG		OK ・ NG	
	16	検体の浮き上がりチェック		OK ・ NG		OK ・ NG	
	17	総合動作チェック	・総合テスト時に、エラーが発生しないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
交換部品							

適用開始日：2019/05/01

管理番号：Q18D01-D02-D00-01(3.0版)

製番:1835-2306001

保守点検票 TYPE:Kx

ユニット名		Alinity (SCM)_Connection_Unit	ユニットNo.		XV39	号機	2
種別	No.	点検項目	点検内容	確認	措置内容	結果	備考
外 観 ・ 機 能	1	外装部	・外装部に破損、変形は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	2	スパイラルコンベア	・コンベアプレートの変形、傷は無いか。 ・隣接ユニットとの段差は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	3	コンベアモーター	・スパイラル軸を手で回し、極端に負荷が掛かっていないか。 ・駆動ギアの削れ、破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	4	ストッパー	・フォークの変形、破損、は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	5	ディバイダー	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	6	ユニット間ホルダー送り	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	7	センサー	・センサー 及び センサーケーブル の破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	8	バーコードリーダー	・読み取り面の汚れ、傷は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	9	機内配線	・基盤に埃、血清などが堆積していないか。 ・配線の抜けかけ、断線箇所はないか。 ・配管、配線が可動部と接触していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	10	PLC バッテリー	・CPUユニットで、ERRORランプが点灯していないか。 (前回交換日： 年 月 日)	OK ・ NG		OK ・ NG	
	11	可動部ネジ緩み	・ネジが緩んでないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
総 合	12	バーコードの読み取り動作チェック	・正しくバーコードを読み取れているか。 ・ホルダーが正常に回転しているか。 ・読み取り後、ホルダーがスムーズに抜けるか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	13	サンプリング位置のチェック	・検体、ノズルの中心が合っているか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	14	異音のチェック		OK ・ NG		OK ・ NG	
	15	血清の飛沫チェック		OK ・ NG		OK ・ NG	
	16	検体の浮き上がりチェック		OK ・ NG		OK ・ NG	
	17	総合動作チェック	・総合テスト時に、エラーが発生しないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
交 換 部 品							

適用開始日：2019/05/01

管理番号：Q18D01-D02-D00-01(3.0版)

製番:1835-2306001

保守点検票 TYPE:Kx

ユニット名		Alinity(CC)_Connection_Unit	ユニットNo.		XV37	号機	4
種別	No.	点検項目	点検内容	確認	措置内容	結果	備考
外観・機能	1	外装部	・外装部に破損、変形は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	2	スパイラルコンベア	・コンベアプレートの変形、傷は無いか。 ・隣接ユニットとの段差は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	3	コンベアモーター	・スパイラル軸を手で回し、極端に負荷が掛かっていないか。 ・駆動ギアの削れ、破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	4	ストッパー	・フォークの変形、破損、は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	5	ディバイダー	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	6	ユニット間ホルダー送り	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	7	センサー	・センサー 及び センサーケーブル の破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	8	バーコードリーダー	・読取り面の汚れ、傷は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	9	機内配線	・基盤に埃、血清などが堆積していないか。 ・配線の抜けかけ、断線箇所はないか。 ・配管、配線が可動部と接触していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	10	PLC バッテリー＝	・CPUユニットで、ERRORランプが点灯していないか。 （前回交換日： 年 月 日）	OK ・ NG		OK ・ NG	
	11	可動部ネジ緩み	・ネジが緩んでないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
総合	12	バーコードの読取り動作チェック	・正しくバーコードを読み取れているか。 ・ホルダーが正常に回転しているか。 ・読み取り後、ホルダーがスムーズに抜けるか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	13	サンプリング位置のチェック	・検体、ノズルの中心が合っているか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	14	異音のチェック		OK ・ NG		OK ・ NG	
	15	血清の飛沫チェック		OK ・ NG		OK ・ NG	
	16	検体の浮き上がりチェック		OK ・ NG		OK ・ NG	
	17	総合動作チェック	・総合テスト時に、エラーが発生しないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
交換部品							

適用開始日：2019/05/01

管理番号：Q18D01-D02-D00-01(3.0版)

製番:1835-2306001

保守点検票 TYPE:Px

ユニット名		U300 (2-2) LF-X1	ユニットNo.		XU26	号機	2
種別	No.	点検項目	点検内容	確認	措置内容	結果	備考
外 観 ・ 機 能	1	外装部	・ 外装部に破損、変形は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	2	スパイラルコンベア	・ コンベアプレートの変形、傷は無いか。 ・ 隣接ユニットとの段差は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	3	コンベアモーター	・ スパイラル軸を手で回し、極端に負荷が掛かっていないか。 ・ 駆動ギアの削れ、破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	4	ストッパー	・ フォークの変形、破損、は発生していないか。 ・ 動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	5	ディバイダー	・ 変形、破損は発生していないか。 ・ 動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	6	ユニット間ホルダー送り	・ 変形、破損は発生していないか。 ・ 動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	7	センサー	・ センサー 及び センサーケーブル の破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	8	バーコードリーダー	・ 読取り面の汚れ、傷は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	9	機内配線	・ 基盤に埃、血清などが堆積していないか。 ・ 配線の抜けかけ、断線箇所はないか。 ・ 配管、配線が可動部と接触していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	10	PLC バッテリー	・ CPUユニットで、ERRORランプが点灯していないか。 (前回交換日： 年 月 日)	OK ・ NG		OK ・ NG	
	11	可動部ネジ緩み	・ ネジが緩んでないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
総 合	12	異音のチェック		OK ・ NG		OK ・ NG	
	13	総合動作チェック	・ 総合テスト時に、エラーが発生しないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
交 換 部 品							

管理番号：Q18D01-D02-D00-01(3.0版)

保守点検票 TYPE:Px

ユニット名		H400 (3-3) LFS-仕分け-X1		ユニットNo.		XH27		号機		-			
種別	No.	点検項目		点検内容		確認		措置内容		結果		備考	
外観・機能	1	外装部		▪ 外装部に破損、変形は無いか。		OK ▪ NG				OK ▪ NG			
	2	スパイラルコンベア		▪ コンベアプレートの変形、傷は無いか。 ▪ 隣接ユニットとの段差は無いか。		OK ▪ NG				OK ▪ NG			
	3	コンベアモーター		▪ スパイラル軸を手で回し、極端に負荷が掛かっていないか。 ▪ 駆動ギアの削れ、破損は無いか。		OK ▪ NG				OK ▪ NG			
	4	ストッパー		▪ フォークの変形、破損、は発生していないか。 ▪ 動作時駆動モーターから異音は発生していないか。		OK ▪ NG				OK ▪ NG			
	5	ディバイダー		▪ 変形、破損は発生していないか。 ▪ 動作時駆動モーターから異音は発生していないか。		OK ▪ NG				OK ▪ NG			
	6	ユニット間ホルダー送り		▪ 変形、破損は発生していないか。 ▪ 動作時駆動モーターから異音は発生していないか。		OK ▪ NG				OK ▪ NG			
	7	センサー		▪ センサー 及び センサーケーブル の破損は無いか。		OK ▪ NG				OK ▪ NG			
	8	バーコードリーダー		▪ 読取り面の汚れ、傷は無いか。		OK ▪ NG				OK ▪ NG			
	9	機内配線		▪ 基盤に埃、血清などが堆積していないか。 ▪ 配線の抜けかけ、断線箇所はないか。 ▪ 配管、配線が可動部と接触していないか。		OK ▪ NG				OK ▪ NG			
	10	PLC バッテリー		▪ CPUユニットで、ERRORランプが点灯していないか。 (前回交換日： 年 月 日)		OK ▪ NG				OK ▪ NG			
	11	可動部ネジ緩み		▪ ネジが緩んでないか。		OK ▪ NG				OK ▪ NG			
総合	12	異音のチェック				OK ▪ NG				OK ▪ NG			
	13	総合動作チェック		▪ 総合テスト時に、エラーが発生しないか。		OK ▪ NG				OK ▪ NG			
交換部品													

適用開始日：2019/05/01

管理番号：Q18D01-D02-D00-01(3.0版)

製番:1835-2306001

保守点検票 TYPE:Px

ユニット名		H400 (2-3) LFB-仕分け-X1	ユニットNo.		XH35	号機	-
種別	No.	点検項目	点検内容	確認	措置内容	結果	備考
外観・機能	1	外装部	・外装部に破損、変形は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	2	スパイラルコンベア	・コンベアプレートの変形、傷は無いか。 ・隣接ユニットとの段差は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	3	コンベアモーター	・スパイラル軸を手で回し、極端に負荷が掛かっていないか。 ・駆動ギアの削れ、破損は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	4	ストッパー	・フォークの変形、破損、は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	5	ディバイダー	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	6	ユニット間ホルダー送り	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	7	センサー	・センサー 及び センサーケーブル の破損は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	8	バーコードリーダー	・読取り面の汚れ、傷は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	9	機内配線	・基盤に埃、血清などが堆積していないか。 ・配線の抜けかけ、断線箇所はないか。 ・配管、配線が可動部と接触していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	10	PLC バッテリー	・CPUユニットで、ERRORランプが点灯していないか。 (←前回交換日： 年 月 日 →)	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	11	可動部ネジ緩み	・ネジが緩んでないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
総合	12	異音のチェック		OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	13	総合動作チェック	・総合テスト時に、エラーが発生しないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
交換部品							

適用開始日：2019/05/01

管理番号：Q18D01-D02-D00-01(3.0版)

製番:1835-2306001

保守点検票 TYPE:Cx

ユニット名		GP栓抜きLF-X1		ユニットNo.		XM20	号機	-
種別	No.	点検項目	点検内容	確認	措置内容	結果	備考	
外 観 ・ 機 能	1	検体クランプ	・クランプゴムが磨耗していないか。	OK ▽ NG		OK ▽ NG		
	2	栓クランプ（ゴム栓のみ）	・栓抜き針、及びロッドが磨耗していないか。	OK ▽ NG		OK ▽ NG		
	3	タブ掴み部（シール栓のみ）	・針、及びタブ掴み部ゴムが磨耗していないか。	OK ▽ NG		OK ▽ NG		
	4	タブ起し部（シール栓のみ）	・爪、及び回転ベルトが磨耗していないか。	OK ▽ NG		OK ▽ NG		
	5	外装部	・外装部に破損、変形は無いか。	OK ▽ NG		OK ▽ NG		
	6	スパイラルコンベア	・コンベアプレートの変形、傷は無いか。 ・隣接ユニットとの段差は無いか。	OK ▽ NG		OK ▽ NG		
	7	コンベアモーター	・スパイラル軸を手で回し、極端に負荷が掛かっていないか。 ・駆動ギアの削れ、破損は無いか。	OK ▽ NG		OK ▽ NG		
	8	ストッパー	・フォークの変形、破損、は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ▽ NG		OK ▽ NG		
	9	ディバイダー	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ▽ NG		OK ▽ NG		
	10	ユニット間ホルダー送り	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ▽ NG		OK ▽ NG		
	11	センサー	・センサー 及び センサーケーブル の破損は無いか。	OK ▽ NG		OK ▽ NG		
	12	バーコードリーダー	・読取り面の汚れ、傷は無いか。	OK ▽ NG		OK ▽ NG		
	13	機内配線	・基盤に埃、血清などが堆積していないか。 ・配線の抜けかけ、断線箇所はないか。 ・配管、配線が可動部と接触していないか。	OK ▽ NG		OK ▽ NG		
	14	PLC バッテリー	・CPUユニットで、ERRORランプが点灯していないか。 （前回交換日： 年 月 日 ）	OK ▽ NG		OK ▽ NG		
	15	可動部ネジ緩み	・ネジが緩んでないか。	OK ▽ NG		OK ▽ NG		
総 合	16	開栓状態のチェック	・仕様範囲内の栓を的確に抜いているか。	OK ▽ NG		OK ▽ NG		
	17	バーコードの読取り動作チェック	・正しくバーコードを読み取れているか。 ・ホルダーが正常に回転しているか。 ・読み取り後、ホルダーがスムーズに抜けるか。	OK ▽ NG		OK ▽ NG		
	18	異音のチェック		OK ▽ NG		OK ▽ NG		
	19	検体の浮き上がりチェック		OK ▽ NG		OK ▽ NG		
	20	栓廃棄動作チェック	栓を基準内で廃棄出来ているか。	OK ▽ NG		OK ▽ NG		
	21	総合動作チェック	総合テスト時に、エラーが発生しないか。	OK ▽ NG		OK ▽ NG		
交 換 部 品								

適用開始日：2019/05/01

管理番号：Q18D01-D02-D00-01(3.0版)

製番:1835-2306001

保守点検票 TYPE:Nx

ユニット名		親子栓閉めLF-XI		ユニットNo.		XR20	号機	-
種別	No.	点検項目	点検内容	確認	措置内容	結果	備考	
外 観 ・ 機 能	1	キャップ吸着部	・吸着部に傷はないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	2	閉栓位置	・栓押し込み位置と試験管待機位置がずれていないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	3	外装部	・外装部に破損、変形は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	4	スパイラルコンベア	・コンベアプレートの変形、傷は無いか。 ・隣接ユニットとの段差は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	5	コンベアモーター	・スパイラル軸を手で回し、極端に負荷が掛かっていないか。 ・駆動ギアの削れ、破損は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	6	ストッパー	・フォークの変形、破損、は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	7	ディバイダー	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	8	ユニット間ホルダー送り	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	9	センサー	・センサー 及び センサーケーブル の破損は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	10	バーコードリーダー	・読取り面の汚れ、傷は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	11	機内配線	・基盤に埃、血清などが堆積していないか。 ・配線の抜けかけ、断線箇所はないか。 ・配管、配線が可動部と接触していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	12	PLC バッテリー	・CPUユニットで、ERRORランプが点灯していないか。 (前回交換日： 年 月 日)	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	13	可動部ネジ緩み	・ネジが緩んでないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
総 合	14	閉栓動作のチェック	・閉栓率100%であること。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	15	キャップ供給動作のチェック	・キャップ供給ミス発生無きこと。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	16	バーコードの読取り動作チェック	・正しくバーコードを読み取れているか。 ・ホルダーが正常に回転しているか。 ・読み取り後、ホルダーがスムーズに抜けるか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	17	異音のチェック		OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	18	血清の飛沫チェック		OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	19	総合動作チェック	・総合テスト時に、エラーが発生しないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
交 換 部 品								

適用開始日：2019/05/01

管理番号：Q18D01-D02-D00-01(3.0版)

製番:1835-2306001

保守点検票 TYPE:Px

ユニット名		I300(2-3)LF-X1		ユニットNo.		XJ22	号機	-
種別	No.	点検項目	点検内容	確認	措置内容	結果	備考	
外 観 ・ 機 能	1	外装部	・外装部に破損、変形は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG		
	2	スパイラルコンベア	・コンベアプレートの変形、傷は無いか。 ・隣接ユニットとの段差は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG		
	3	コンベアモーター	・スパイラル軸を手で回し、極端に負荷が掛かっていないか。 ・駆動ギアの削れ、破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG		
	4	ストッパー	・フォークの変形、破損、は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG		
	5	ディバイダー	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG		
	6	ユニット間ホルダー送り	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG		
	7	センサー	・センサー 及び センサーケーブル の破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG		
	8	バーコードリーダー	・読み取り面の汚れ、傷は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG		
	9	機内配線	・基盤に埃、血清などが堆積していないか。 ・配線の抜けかけ、断線箇所はないか。 ・配管、配線が可動部と接触していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG		
	10	PLC バッテリー	・CPUユニットで、ERRORランプが点灯していないか。 (前回交換日： 年 月 日)	OK ・ NG		OK ・ NG		
	11	可動部ネジ緩み	・ネジが緩んでないか。	OK ・ NG		OK ・ NG		
総 合	12	異音のチェック		OK ・ NG		OK ・ NG		
	13	総合動作チェック	・総合テスト時に、エラーが発生しないか。	OK ・ NG		OK ・ NG		
交 換 部 品								

適用開始日：2019/05/01

管理番号：Q18D01-D02-D00-01(3.0版)

製番:1835-2306001

保守点検票 TYPE:0x

ユニット名		H1500 (3-3) LFBZ-5K-X1/5K検体ストレージ(冷)LF-X1	ユニットNo.		XH39/XS22	号機	-
種別	No.	点検項目	点検内容	確認	措置内容	結果	備考
外 観 ・ 機 能	1	アームチャック（庫内、エレベーター）	・フィンガー、ツメ等に破損、変形、削れが発生していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	2	アームベルト（庫内、エレベーター）	・弛み、亀裂、削れは発生していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	3	スライドホルダー	・検体挿入時、傾きや浮き上がりがないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	4	外装部	・外装部に破損、変形は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	5	スパイラルコンベア	・コンベアプレートの変形、傷は無いか。 ・隣接ユニットとの段差は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	6	コンベアモーター	・スパイラル軸を手で回し、極端に負荷が掛かっていないか。 ・駆動ギアの削れ、破損は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	7	ストッパー	・フォークの変形、破損、は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	8	ディバイダー	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	9	ユニット間ホルダー送り	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	10	センサー	・センサー 及び センサーケーブル の破損は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	11	バーコードリーダー	・読取り面の汚れ、傷は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	12	機内配線	・基盤に埃、血清などが堆積していないか。 ・配線の抜けかけ、断線箇所はないか。 ・配管、配線が可動部と接触していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	13	PLC バッテリー	・CPUユニットで、ERRORランプが点灯していないか。 （前回交換日： 年 月 日）	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	14	可動部ネジ緩み	・ネジが緩んでないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
総 合	15	アームの各停止位置チェック	・アームの停止位置に、ズレが生じていないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	16	バーコードの読取り動作チェック	・正しくバーコードを読み取れているか。 ・ホルダーが正常に回転しているか。 ・読み取り後、ホルダーがスムーズに抜けるか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	17	異音のチェック		OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	18	血清の飛沫チェック		OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	19	検体の浮き上がりチェック		OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	20	総合動作チェック	・総合テスト時に、エラーが発生しないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
交 換 部 品							

適用開始日：2019/05/01

管理番号：Q18D01-D02-D00-01(3.0版)

製番:1835-2306001

保守点検票 TYPE:Ex

ユニット名		5K検体ストレージ(冷)LF-X1		ユニットNo.		XS22	号機	-
種別	No.	点検項目	点検内容	確認	措置内容	結果	備考	
外観・機能	1	冷媒ガス漏れ		OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	2	冷媒ガス量	・ インジケーターにて液面、気泡が発生していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	3	本体、及び冷媒管の温度		OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	4	リレー、コンデンサー部	・ 端子部分が焼けていないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	5	冷却FAN	・ 凝縮器が、埃等で目詰まりしていないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	6	冷却機	・ 電源の絶縁抵抗値を測定する。 (実測： Ω) ※実測値2000Ω以上で正常。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	7	ドレン系統	・ 漏水等が発生していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
総合	8	冷却温度チェック	・ 設定温度まで冷却出来ているか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	9	コントローラーのチェック	・ 設定値でON、OFFしているか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG		
	10	異音のチェック		OK ▯ NG		OK ▯ NG		
交換部品								

適用開始日：2019/05/01

管理番号：Q18D01-D02-D00-01(3.0版)

製番:1835-2306001

保守点検票 TYPE:Px

ユニット名		T800(3-3)300(2-3)LFB-ヤード5K-X1	ユニットNo.		XT31	号機	-
種別	No.	点検項目	点検内容	確認	措置内容	結果	備考
外 観 ・ 機 能	1	外装部	・外装部に破損、変形は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	2	スパイラルコンベア	・コンベアプレートの変形、傷は無いか。 ・隣接ユニットとの段差は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	3	コンベアモーター	・スパイラル軸を手で回し、極端に負荷が掛かっていないか。 ・駆動ギアの削れ、破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	4	ストッパー	・フォークの変形、破損、は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	5	ディバイダー	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	6	ユニット間ホルダー送り	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	7	センサー	・センサー 及び センサーケーブル の破損は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	8	バーコードリーダー	・読取り面の汚れ、傷は無いか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	9	機内配線	・基盤に埃、血清などが堆積していないか。 ・配線の抜けかけ、断線箇所はないか。 ・配管、配線が可動部と接触していないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
	10	PLC バッテリー	・CPUユニットで、ERRORランプが点灯していないか。 (←前回交換日： 年 月 日)	OK ・ NG		OK ・ NG	
	11	可動部ネジ緩み	・ネジが緩んでないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
総 合	12	異音のチェック		OK ・ NG		OK ・ NG	
	13	総合動作チェック	・総合テスト時に、エラーが発生しないか。	OK ・ NG		OK ・ NG	
交 換 部 品							

適用開始日：2019/05/01

管理番号：Q18D01-D02-D00-01(3.0版)

製番:1835-2306001

保守点検票 TYPE:Px

ユニット名		U600 (2-3) LFB-ヤード3F-X1	ユニットNo.		XU21	号機	-
種別	No.	点検項目	点検内容	確認	措置内容	結果	備考
外 観 ・ 機 能	1	外装部	・外装部に破損、変形は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	2	スパイラルコンベア	・コンベアプレートの変形、傷は無いか。 ・隣接ユニットとの段差は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	3	コンベアモーター	・スパイラル軸を手で回し、極端に負荷が掛かっていないか。 ・駆動ギアの削れ、破損は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	4	ストッパー	・フォークの変形、破損、は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	5	ディバイダー	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	6	ユニット間ホルダー送り	・変形、破損は発生していないか。 ・動作時駆動モーターから異音は発生していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	7	センサー	・センサー 及び センサーケーブル の破損は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	8	バーコードリーダー	・読取り面の汚れ、傷は無いか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	9	機内配線	・基盤に埃、血清などが堆積していないか。 ・配線の抜けかけ、断線箇所はないか。 ・配管、配線が可動部と接触していないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	10	PLC バッテリー	・CPUユニットで、ERRORランプが点灯していないか。 (←前回交換日： 年 月 日)	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	11	可動部ネジ緩み	・ネジが緩んでないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
総 合	12	異音のチェック		OK ▯ NG		OK ▯ NG	
	13	総合動作チェック	・総合テスト時に、エラーが発生しないか。	OK ▯ NG		OK ▯ NG	
交 換 部 品							

適用開始日：2019/05/01

管理番号：Q18D01-D02-D00-01(3.0版)

製番:1835-2306001

保守点検票 TYPE:T

ユニット名		ラインコントローラー (LC)		メーカー		Lenovo	型式	ThinkPad V15 Gen 2
種別	No.	点検項目	点検内容	確認	措置内容	結果	備考	
外観・機能	1	UPS動作チェック	使用開始 年 月 使用期限 年 月 ※使用期限未記載の場合、使用開始より5年を基準とする。	OK・NG		OK・NG		
	2	ハードディスクの空き容量チェック	空き容量: GB ※空き容量が全容量の10%以上ある事を基準とする。	OK・NG		OK・NG		
	3	通信ケーブル接続部チェック	通信ケーブルに抜けはないか。	OK・NG		OK・NG		
	4	CPU時計チェック	時間にズレがないか。	OK・NG		OK・NG		
	5	ウイルスチェック		OK・NG		OK・NG		
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
総合	1	搬送先のチェック	検体の搬送先に間違えはないか。	OK・NG		OK・NG		
	2	サイクルタイムチェック		OK・NG		OK・NG		
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
交換部品								