

注 文 書

1 契約番号 2026000008

2 契約名 内視鏡製品保守業務（オリンパス製）

3 履行場所 宮城県大崎市古川穂波三丁目8番1号 外2か所

4 履行期間 令和8年4月1日 から

令和9年3月31日 まで

5 別添書類

（1）仕様書

（2）参考明細書

6 担当課 経営管理部 総務課

仕様書

1 件 名

内視鏡製品保守業務（オリンパス製）

2 履行期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

（地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約）

3 履行場所

（1）大崎市民病院本院（宮城県大崎市古川穂波三丁目8番1号）

（2）大崎市民病院鳴子温泉分院（宮城県大崎市鳴子温泉字末沢1番地）

（3）大崎市民病院岩出山分院（宮城県大崎市岩出山字下川原町84番地29）

4 メーカー及び保守対象機器

（1）オリンパス（株）製

ア 別紙「保守対象物品」のとおり

5 保守内容

（1）大崎市民病院 本院

ア オリンパス保守契約サービスのENDO CARE プラン3（代替品貸出・点検・修理保障、期中報告）を適用すること。点検については、あんしんエンドチェックAを適用すること。

イ 修理を依頼された場合は即時対応するとともに、修理が完了するまで代替機を貸出すこと。

ウ メーカー推奨の定期点検及び部品交換を年2回実施（8月、1月）することとし、作業日程は、事前に発注者側と調整するものとする。

エ 修理保障について、調整料、作業料、部品代、運搬費及び再発防止指導料を含むこと。ただし、部品代には光源ランプ、吸引ボタン、送気・送水ボタン、鉗子栓、各種記憶媒体、バッテリーユニット及び処置具外付属品以外のものは含まれないものとする。

オ 定期点検実施時間は、原則平日（大崎市の休日を定める条例（平成18年大崎市条例第2号）に規定する日を除く）午前9時～午後5時の間に行うものとする。

（2）大崎市民病院 本院を除く分院

ア オリンパス保守契約サービスのENDO CARE プラン1（代替品貸出・点検）を適用すること。点検については、あんしんエンドチェックを適用すること。

イ 修理を依頼された場合は修理が完了するまで代替機を貸出すこと。

ただし、修理費用は別途請求とする。

ウ メーカー推奨の定期点検及び部品交換を年1回実施（12月）することとし、作業日程は、事前に発注者側と調整するものとする。

エ 定期点検実施時間は、原則平日（大崎市の休日を定める条例（平成18年大崎市条例第2号）に規定する日を除く）午前9時～午後5時の間に行うものとする

6 暴力団等の排除について

- (1) この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
- (2) 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
- (3) この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力をを行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。

なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

7 長期継続契約の該当について

本件は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の3及び大崎市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例による長期継続契約に該当しますので、以下の点に留意してください。

- (1) 発注者は、翌年度以降における発注者の歳出予算において、既契約済の契約金額について減額又は削除されたときは、契約の変更又は解除をすることができるものとする。
- (2) 発注者は、前項の規定によりこの契約を変更又は解除をした場合において、受注者に損害を生じさせたときは、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

8 その他

- (1) 受注者は、業務が完了したときは、給付完了通知書等により、速やかにその旨を担当課に通知するとともに、発注者の検査を受けること。なお、通知の際に報告書及び作業が確認できる実施状況写真を添付すること。
- (2) 本委託料は年2回、受注者からの請求により支払うこととする。発注者は、受注者から適正な支払請求を受けた日から、30日以内に請求金額を受注者に支払うものとする。
- (3) 本仕様書に定めのない事項は双方別途協議の上決定する。

大崎市民病院（本院）

物件No	状態	製品コード	製品型番	BodyNo	納入年月日	経年数	カテゴリ
1	更新	4622010	BF-3C40	2312099	2014/1/31	13年以上	診断治療系スコープ
2	更新	K10001142	OFP-2	22229731	2023/3/24	4年目	周辺機器
3	更新	K10001142	OFP-2	22322753	2023/11/30	3年目	周辺機器
4	更新	K10026148	KV-6	1927314	2021/9/17	5年目	周辺機器
5	更新	N1013710	OTV-S7H-1D-L08	7613907	2006/11/28	13年以上	カメラヘッド
6	更新	N1810910	JF-260V	2313630	2013/12/24	13年以上	診断治療系スコープ
7	更新	N1810910	JF-260V	2514190	2015/12/24	11年目	診断治療系スコープ
8	更新	N2125610	GF-UE260	7620221	2016/8/29	10年目	特殊スコープ
9	更新	N2278710	CYF-VA2	2620449	2006/11/28	13年以上	外科系軟性スコープ
10	更新	N2297010	GIF-Q260J	2504450	2015/6/3	11年目	診断治療系スコープ
11	更新	N2297010	GIF-Q260J	2826234	2018/8/28	8年目	診断治療系スコープ
12	更新	N2550210	BF-UC260FW	7410072	2014/6/27	12年目	特殊スコープ
13	更新	N2550610	GF-UCT260	7410070	2014/6/27	12年目	特殊スコープ
14	更新	N2651910	SIF-Q260	2700116	2007/11/13	13年以上	診断治療系スコープ
15	更新	N2652010	OBCU	7700332	2007/11/13	13年以上	周辺機器
16	更新	N2652110	ENF-VT2	2900368	2009/10/2	13年以上	外科系軟性スコープ
17	更新	N3043510	ENF-VQ	2900790	2009/10/2	13年以上	外科系軟性スコープ
18	更新	N3499610	OTV-S7PROH-HD	7011788	2010/9/27	13年以上	カメラヘッド
19	更新	N3499610	OTV-S7PROH-HD	7011789	2010/9/27	13年以上	カメラヘッド
20	更新	N3499610	OTV-S7PROH-HD	7557051	2015/8/7	11年目	カメラヘッド
21	更新	N3628410	CYF-VA2	2042007	2010/9/27	13年以上	外科系軟性スコープ
22	更新	N3628410	CYF-VA2	2442974	2014/1/31	13年以上	外科系軟性スコープ
23	更新	N3628410	CYF-VA2	2442975	2014/1/31	13年以上	外科系軟性スコープ
24	更新	N3628410	CYF-VA2	2653531	2016/9/29	10年目	外科系軟性スコープ
25	更新	N3628410	CYF-VA2	2653532	2016/9/29	10年目	外科系軟性スコープ
26	更新	N3628410	CYF-VA2	2653533	2016/9/29	10年目	外科系軟性スコープ
27	更新	N3628510	URF-V	2874597	2019/1/16	8年目	外科系軟性スコープ
28	更新	N3629410	PCF-PQ260L	2121315	2021/10/20	5年目	検査系スコープ
29	更新	N3630010	BF-P60	2143746	2011/9/27	13年以上	診断治療系スコープ
30	更新	N3630010	BF-P60	2143747	2011/9/27	13年以上	診断治療系スコープ
31	更新	N3633710	ENF-V2	2553822	2015/7/13	11年目	外科系軟性スコープ
32	更新	N3633710	ENF-V2	2764197	2018/3/22	9年目	外科系軟性スコープ
33	更新	N3633810	ENF-VQ	2141767	2011/9/27	13年以上	外科系軟性スコープ
34	更新	N3633910	ENF-VT2	2851862	2018/3/22	9年目	外科系軟性スコープ
35	更新	N3634210	LTF-260	2440345	2014/6/27	12年目	先端湾曲タイプビデオスコープ
36	更新	N3635510	PCF-Q260AZ1	2201540	2012/7/19	13年以上	検査系スコープ
37	更新	N3635510	PCF-Q260AZ1	2201544	2012/7/19	13年以上	検査系スコープ
38	更新	N3637310	OER-4	2422336	2014/3/25	13年以上	洗浄機
39	更新	N3637310	OER-4	2523589	2015/8/27	11年目	洗浄機
40	更新	N3637310	OER-4	2523590	2015/8/27	11年目	洗浄機
41	更新	N3637310	OER-4	2523729	2015/10/28	11年目	洗浄機
42	更新	N3637310	OER-4	2624871	2017/3/23	10年目	洗浄機
43	更新	N3637310	OER-4	2927677	2019/8/6	7年目	洗浄機
44	更新	N3803310	CF-HQ290I	2512534	2016/8/29	10年目	検査系スコープ
45	更新	N3803510	CF-H290I	2501026	2015/8/11	11年目	検査系スコープ
46	更新	N3803510	CF-H290I	2501027	2015/8/11	11年目	検査系スコープ
47	更新	N3803710	PCF-H290I	2511398	2015/8/11	11年目	検査系スコープ
48	更新	N3803710	PCF-H290I	2621923	2016/8/29	10年目	検査系スコープ
49	更新	N3803710	PCF-H290I	2942868	2019/8/6	7年目	検査系スコープ
50	更新	N3803910	GIF-H290	2402015	2014/6/27	12年目	検査系スコープ
51	更新	N3803910	GIF-H290	2402017	2014/6/27	12年目	検査系スコープ
52	更新	N3803910	GIF-H290	2402019	2014/6/27	12年目	検査系スコープ
53	更新	N3803910	GIF-H290	2402363	2014/9/29	12年目	検査系スコープ
54	更新	N3803910	GIF-H290	2523516	2015/6/18	11年目	検査系スコープ
55	更新	N3803910	GIF-H290	2524190	2015/12/24	11年目	検査系スコープ
56	更新	N3803910	GIF-H290	2524218	2015/12/25	11年目	検査系スコープ
57	更新	N3803910	GIF-H290	2848078	2018/2/23	9年目	検査系スコープ
58	更新	N3803910	GIF-H290	2849194	2018/8/28	8年目	検査系スコープ
59	更新	N3804010	GIF-XP290N	2847399	2018/8/28	8年目	検査系スコープ
60	更新	N3804110	MAJ-1720	7400330	2014/6/27	12年目	周辺機器
61	更新	N3804110	MAJ-1720	7601217	2016/9/12	10年目	周辺機器
62	更新	N3805710	CLV-290SL	7412241	2014/3/22	13年以上	プロセッサー・光源・EUS
63	更新	N3805710	CLV-290SL	7412640	2014/6/27	12年目	プロセッサー・光源・EUS
64	更新	N3805710	CLV-290SL	7514494	2015/6/3	11年目	プロセッサー・光源・EUS
65	更新	N3805710	CLV-290SL	7616749	2016/9/12	10年目	プロセッサー・光源・EUS

66	更新	N3805710	CLV-290SL	7616753	2016/9/12	10年目	プロセッサー・光源・EUS
67	更新	N3805710	CLV-290SL	7821268	2018/6/28	8年目	プロセッサー・光源・EUS
68	更新	N3805810	CV-290	7474155	2014/3/22	13年以上	プロセッサー・光源・EUS
69	更新	N3805810	CV-290	7484986	2014/6/27	12年目	プロセッサー・光源・EUS
70	更新	N3805810	CV-290	7598109	2015/6/3	11年目	プロセッサー・光源・EUS
71	更新	N3805810	CV-290	7602288	2016/9/12	10年目	プロセッサー・光源・EUS
72	更新	N3805810	CV-290	7602290	2016/9/12	10年目	プロセッサー・光源・EUS
73	更新	N3805810	CV-290	7829367	2018/6/28	8年目	プロセッサー・光源・EUS
74	更新	N3828210	ENF-V3	2410950	2014/7/1	12年目	外科系軟性スコープ
75	更新	N3828210	ENF-V3	2843453	2018/3/22	9年目	外科系軟性スコープ
76	更新	N3828210	ENF-V3	2843579	2018/3/22	9年目	外科系軟性スコープ
77	更新	N3828310	ENF-VH	2836284	2018/3/22	9年目	外科系軟性スコープ
78	更新	N3828510	CYF-VHA	7241529	2022/8/24	4年目	外科系軟性スコープ
79	更新	N3829210	BF-Q290	2600730	2016/9/12	10年目	診断治療系スコープ
80	更新	N4506210	EU-ME2	7400408	2014/6/27	12年目	プロセッサー・光源・EUS
81	更新	N4506210	EU-ME2	7612325	2016/9/12	10年目	プロセッサー・光源・EUS
82	更新	N4506510	BF-P290	2313100	2023/9/26	3年目	診断治療系スコープ
83	更新	N4506510	BF-P290	2710642	2017/9/6	9年目	診断治療系スコープ
84	更新	N5374310	OEV262H	7644983	2016/9/12	10年目	モニター
85	更新	N5374310	OEV262H	7644988	2016/9/12	10年目	モニター
86	更新	N5374310	OEV262H	7763601	2017/10/19	9年目	モニター
87	更新	N5374310	OEV262H	7880493	2019/7/18	7年目	モニター
88	更新	N5374610	GIF-H290Z	2500893	2015/6/3	11年目	検査系スコープ
89	更新	N5374610	GIF-H290Z	2501498	2015/12/24	11年目	検査系スコープ
90	更新	N5374610	GIF-H290Z	2833464	2018/2/23	9年目	検査系スコープ
91	更新	N5425110	PCF-H290ZI	2721996	2018/2/23	9年目	検査系スコープ
92	更新	N5425110	PCF-H290ZI	2822494	2018/8/28	8年目	検査系スコープ
93	更新	N5425110	PCF-H290ZI	2923341	2019/8/6	7年目	検査系スコープ
94	更新	N5425610	SIF-H290S	2600150	2016/8/29	10年目	診断治療系スコープ
95	更新	N5783110	PCF-H290TL	2400252	2024/9/20	2年目	診断治療系スコープ
96	更新	N5783210	PCF-H290TI	2300988	2023/9/20	3年目	診断治療系スコープ
97	更新	N5783210	PCF-H290TI	2800198	2018/8/28	8年目	診断治療系スコープ
98	更新	N6014910	GIF-H290T	2403311	2024/9/20	2年目	診断治療系スコープ
99	更新	N6014910	GIF-H290T	2900236	2019/8/6	7年目	診断治療系スコープ
100	更新	N6014910	GIF-H290T	2900259	2019/8/6	7年目	診断治療系スコープ
101	更新	N6128710	GIF-1200N	2409216	2024/9/20	2年目	検査系スコープ
102	更新	N6130710	BF-1TH1200	2400643	2024/8/27	2年目	診断治療系スコープ
103	更新	N6131010	BF-H1200	2300578	2024/8/27	2年目	診断治療系スコープ
104	更新	N6131010	BF-H1200	2300591	2024/8/27	2年目	診断治療系スコープ
105	更新	N6147110	OER-6	2301869	2023/6/22	3年目	洗浄機
106	更新	N6147110	OER-6	2301870	2023/6/22	3年目	洗浄機
107	更新	WA2T430A	WA2T430A	811151	2021/12/9	5年目	硬性鏡
108	更新	WA2T430A	WA2T430A	814174	2022/8/24	4年目	硬性鏡
109	更新	WA2T430A	WA2T430A	814182	2022/8/24	4年目	硬性鏡
110	追加	N3643810	OTV-S190	7462025	2024/12/20	2年目	プロセッサー・光源・EUS
111	追加	N3643810	OTV-S190	7486228	2014/3/22	13年以上	プロセッサー・光源・EUS
112	追加	N3643810	OTV-S190	7486685	2014/7/1	12年目	プロセッサー・光源・EUS
113	追加	N3643810	OTV-S190	7705019	2018/3/22	9年目	プロセッサー・光源・EUS
114	追加	N3643810	OTV-S190	7805205	2018/3/20	9年目	プロセッサー・光源・EUS
115	追加	N3643910	CLV-S190	7415997	2014/3/22	13年以上	プロセッサー・光源・EUS
116	追加	N3643910	CLV-S190	7416615	2014/7/1	12年目	プロセッサー・光源・EUS
117	追加	N3643910	CLV-S190	7432347	2024/12/20	2年目	プロセッサー・光源・EUS
118	追加	N3643910	CLV-S190	7825248	2018/3/22	9年目	プロセッサー・光源・EUS
119	追加	N3643910	CLV-S190	7825408	2018/3/20	9年目	プロセッサー・光源・EUS
120	追加	WA2T412A	WA2T412A	822940	2025/9/12	1年目	硬性鏡
121	追加	N3627810	CYF-5A	7371145	2024/6/21	2年目	外科系軟性スコープ
122	追加	N3808610	USG-400	9812083	2018/5/22	8年目	エネルギー機器
123	追加	WB91051J	ESG-400	B000733	2018/5/22	8年目	エネルギー機器
124	追加	N3808610	USG-400	9508084	2016/4/11	10年目	エネルギー機器
125	追加	WB91051J	ESG-400	15146014	2016/4/11	10年目	エネルギー機器
126	追加	WA29042A	WA29042A	686418	2015/12/24	11年目	硬性鏡
127	追加	N3829610	UHI-4	7433813	2014/7/1	12年目	周辺機器

大崎市民病院岩出山分院

物件No	状態	製品コード	製品型番	BodyNo	納入年月日	経年数	カテゴリ
1	更新	N3637310	OER-4	2100540	2012/2/10	13年以上	洗浄機
2	更新	N3637310	OER-4	2100545	2012/2/10	13年以上	洗浄機
3	更新	N3803910	GIF-H290	2401651	2014/3/26	13年以上	検査系スコープ
4	更新	N3805710	CLV-290SL	7412239	2014/3/26	13年以上	プロセッサー・光源・EUS
5	更新	N3805810	CV-290	7474151	2014/3/26	13年以上	プロセッサー・光源・EUS

大崎市民病院鳴子温泉分院

物件No	状態	製品コード	製品型番	BodyNo	納入年月日	経年数	カテゴリ
1	更新	2882110	ENF-T3	2525375	2015/2/26	12年目	外科系軟性スコープ
2	更新	5363510	ENF-P4	1800323	1999/2/13	13年以上	外科系軟性スコープ
3	更新	K10021766	WM-NP2	21316971	2014/3/26	13年以上	周辺機器
4	追加	N3043510	ENF-VQ	未確定		1年目	外科系軟性スコープ

参考明細書

件名	数量	単位	積算単価（円）	積算価格（円）	消費税 区分	摘要
本院	一	式			課税	
鳴子分院	一	式			課税	
岩出山分院	一	式			課税	
計（税抜）						
消費税額					適用税率	10.0%
計（税込）						